

嘉兴市第一医院多联呼吸道病原体核酸检测试剂盒 采购项目更正公告

- 一、招标人名称：嘉兴市第一医院
- 二、项目名称：嘉兴市第一医院多联呼吸道病原体核酸检测试剂盒采购项目
- 三、采购项目编号：嘉一采招（非）（货）〔2023〕14号
- 四、原采购公告发布日期：2023年11月13日
- 五、更正理由：招标文件修改
- 六、更正事项：

序号	更正项	更正前内容	更正后内容
1	招标文件第8页：第二章投标人须知中资信商务及技术文件（12）投标品牌试剂的销售业绩	提供投标品牌试剂2022年度1个医院年度试剂销售业绩（本次投标试剂在该医院年度销售金额 \geq 400万人民币）。	提供投标项目品牌试剂2023年度浙江省内三级医院年度试剂销售业绩。
2	招标文件第11页：货款的结算中第2点	上述业务收入计算、费用结算中所涉及的项目收费标准，均以医院实际收费标准为基准。	上述业务收入计算、费用结算中所涉及的项目收费标准，均以医院实际收费标准为基准。检测项目的开具由医院自主决定，投标人不得干涉。
3	招标文件第12页：评分内容及标准第1点	提供投标项目品牌试剂2023年度浙江省内10家三甲医院（嘉兴市域至少3家）年度试剂销售业绩，每满足1家得1分；最多得10分。	提供投标项目品牌试剂2023年度浙江省内三级医院年度试剂销售业绩，每满足1家得0.5分；最多得5分。
4	招标文件第12页：评分内容及标准中三、服务方案	分值10分。	分值修改为15分。
5	招标文件第14页：三、招标技术要求中3.4、3.9、3.10	3.4 检测灵敏度（检测下限）： \leq 500copies/mL； 3.9 反应体系体积 \geq 40 uL； 3.10 有内源性内标，可监控采样、核酸提取和扩增全过程。	3.4 检测灵敏度（检测下限）： \leq 1000copies/mL； 3.9 反应体系体积 \geq 20 uL； 3.10▲有内源性内标，可监控采样、核酸提取和扩增全过程。

七、联系方式

1、采购方联系方式

联系部门：嘉兴市第一医院招标采购中心

联系人： 全主任

联系电话：0573-89990791

2、院内招标采购监督管理部门

嘉兴市第一医院纪检监察室

联系电话：0573-82519888